

【高次医療機関とのオンライン・リアルタイム連携システム導入支援業務公募型プロポーザル】

質問事項に対する回答について

令和5年9月27日（水）  
水俣市産業建設部経済振興課

No.	資料名、ページ、項目等	質問事項	回答
1	公告 2ページ目 3 手続き等について (5) 企画提案書の提出	⑤業務スケジュール、会社概要及び業務実績（任意様式）とあるが、プロポーザル評価基準の中に『類似業務実績』『工程』があるため企画提案書に含める形で良いか？	企画提案書に含める形で問題ありません。
2	公告 3ページ目 プロポーザル評価基準	他の医療機関での実績について医療機関の具体名は必要か？	可能な限り記載ください。 記載が困難な場合は、設立母体、病床規模の記載で構いません。
3	公告 3ページ目 プロポーザル評価基準	情報セキュリティに関する資料は別添の資料を添付する形でも問題無いか？	別添の資料を添付する形で問題ありません。
4	公告 3ページ目 企画提案書	企画提案書はパワーポイントで良いか？	パワーポイントで問題ありません。 ただし、A4版に統一してください。資料の向き（縦・横）については任意とします。
5	公告 2ページ目 3 手続き等について (5) 企画提案書の提出	③のシステムのデモンストレーションは機材を持参して現地に対応する必要があるか？	遠隔医療支援支持端末を想定した端末の画面操作をオンライン（ZOOM予定）で表示し、説明いただくことを予定しています。そのため、現地（水俣市）での対応は必要ありません。 デモンストレーションの詳細、留意事項等については別途企画提案者に通知するものとします。
6	公告 4ページ目 プロポーザル審査会	参加人数に上限はあるか？	上限はございません。
7	仕様書 P3 熊本大学病院（高次医療機関）機器備品	映像共有端末とあるが、熊本大学側の映像共有も必要か？必要な場合のモダリティは何か（国保水俣は手術室画像と移動カート用とあったため）	熊本大学病院からは遠隔医療支援の指示が可能であればよいものとします。 提案いただくシステムの機器構成で必要な機能を満たすことが可能であれば、熊本大学側からの映像共有端末は必ずしも必要ありません。
8	仕様書 別紙1 リアルタイム性を担保する通信環境の構築	通信環境の構築は各医療機関と相談し最適な環境を構築（例えば医療機関ですでに使用可能な通信環境がありそれが最適だと判断される場合はそちらを使用する等）対応で問題ないか	お見込みの通りで問題ありません。